



Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o.

ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ

Nowy Targ, 19.02.2025 r.

ZS.260.6.2025

Dotyczy: postępowania na Kompleksowy przegląd 2 dygestoriów szczelinowych w laboratorium ścieków

Informujemy, że otrzymaliśmy zapytanie do postępowania.

Pytanie 1.

Proszę o informację w zakresie podpunktu: "wymianę czujników przepływu powietrza Q-Flow Advanced (panel + sterownik)", czy została stwierdzona usterka sterownika, czy traktują Państwo wymianę sterownika przepływu jako działanie zapobiegawcze?

Odpowiedź 1.

Zamawiający informuje, że z informacji jakie uzyskał od producenta wynika, że nowe panele nie będą w pełni kompatybilne ze starymi sterownikami (urządzenia zostały zakupione w 2013 r.) W związku z powyższym podjęto decyzję kompleksowej wymiany panel + sterownik.

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Wielkiewicz