



Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o.

ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ

Nowy Targ, 06.03.2026 r.

ZS.260.15.2026

Dotyczy: postępowania na Zakup i sukcesywną dostawę testów laboratoryjnych LCK, LYW i LCW do spektrofotometrów DR 3900 i DR 2800 firmy HACH LANGE.

Informujemy, że otrzymaliśmy zapytanie do postępowania.

Pytanie 1.

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę wymogu terminu przydatności na- min. 80% terminu ważności producenta?

Część z odczynników posiada termin ważności wynoszący 12 miesięcy lub mniej od daty produkcji co uniemożliwia spełnienie zapisu o terminie ważności wynoszącym min. 1 rok od dostawy.

Odpowiedź 1.

Zamawiający zgadza się na zmianę wymogu terminu przydatności na- min. 80% terminu ważności producenta.

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Wiśkiewicz